

单一来源采购专家论证意见

专家姓名	董莹丽	职 称	副主任医师
工作单位	洛阳市中心医院		
采购单位名称	洛阳市中心医院		
采购项目名称	口腔CT及牙片机移机		
供应商名称	洛阳思迈尔松柏医疗器械有限公司		
专 家 论 证 意 见	<p>因伊滨院区建设需要，拟将原万安院区一批设备移至伊滨院区，本次移机涉及的专业设备尚处于原厂质量保证期内，根据行业通行质保条款，非制造商授权服务商进行的设备迁移将导致原厂质保服务自动终止。考虑到医疗设备对临床完全的重要性，为保证设备移机后性能的准确性和稳定性不受影响，维持原有质保服务的连续性具有不可替代性。因此，必须由原厂授权技术服务机构提供本次移机服务，建议采用单一来源采购方式，以保障医院权益和设备后续服务质量。</p>		
	专家签名：董莹丽		2026年7月23日

本表专家一人一表填写论证意见并签字

单一来源采购专家论证意见

专家姓名	侯卫峰	职 称	副主任医师
工作单位	洛阳市中心医院		
采购单位名称	洛阳市中心医院		
采购项目名称	口腔CT及牙电机移机。		
供应商名称	洛阳市思达尔松林医疗器械有限公司		
专 家 论 证 意 见	<p>设备迁移需求源于伊滨院区建设规划，具有必要性。该批设备在原厂质保状态是技术方案的核心约束条件。仅原厂授权服务机构能够在不断原厂质保的前提下完成标准化移机。</p> <p>据此，本次服务采购存在供应商唯一性，支持采用单一来源采购方式，并建议在采购文件中明确移机技术标准与质保衔接机制，以规范后续服务执行。</p>		
	专家签名：	侯 峰	2026年4月23日

本表专家一人一表填写论证意见并签字

单一来源采购专家论证意见

专家姓名	辛宜琴	职 称	副主任医师
工作单位	洛阳市中心医院		
采购单位名称	洛阳市中心医院		
采购项目名称	口腔CT及牙片机移机		
供应商名称	洛阳恩迈尔松柏医疗器械有限公司		
专 家 论 证 意 见	<p>洛阳市中心医院因伊滨院区建设需要，拟将原万安院区一批设备移至伊滨院区，设备迁移涉及精密医疗设备，技术操作直接影响设备精度与安全性，所有设备均处于原厂质保期，任何非授权移机将导致质保条款失效，原厂售后服务单位具备专用工具，技术数据及资质认证，能确保设备性能与质保无缝衔接。</p> <p>基于上述技术唯一性与那第连续性的双重约束，专家组确认本次移机那第不具备市场竞争条件，一致建议单位采用单一来源采购方式，并应同步完善完整的技术档案以备查验。</p>		
	专家签名：	辛宜琴	2026年4月3日

本表专家一人一表填写论证意见并签字